

Anexo II - PROPOSTA DETALHADA

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS	Unidade	Qtidade	Valor total estimado R\$
1	<p>EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA E TRATAMENTO PERIODONTAL COM TECNOLOGIA AIRFLOW E ACESSÓRIOS.</p> <p>Modelo: AIRFLOW Prophylaxis Master - EMS</p> <p>Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funções mínimas: profilaxia, raspagem supragengival e raspagem subgengival e raspagem peri-implantar. Remoção de biofilme, manchas e tártaro supra e subgengival, com jato de ar e ultrassom piezocerâmico de energia linear • Pressão de ar e água ajustável, • Eixo da turbina em metal inoxidável; • Turbina em metal com liga a base de cobre e estanho; • Uma peça de mão para profilaxia com sistema de iluminação LED, autoclavável, e emissão de água e pó contínua, • Uma peça de mão autoclavável para limpeza de bolsas periodontais/periimplanteres, uso com bico plástico flexível, • Uma peça de mão ultrassônica piezocerâmica com sistema de iluminação LED, potência aproximada de 8 W e frequência entre 24- 34 kHz, • Duas câmaras de pó: uma para utilização de glicina e eritritol (granulometria 14microgramas) e outra para utilização de bicarbonato de sódio (granulometria 40microgramas), com vácuo máximo gerado de aproximadamente 800 mmHg, • Sistema de aquecimento de água, ajustável entre 0 e 40 graus, • Tela operável pelo toque para ajuste das funções do equipamento, • Pedal sem fio com comunicação bluetooth, a bateria, • Dimensões aproximadas: 25x26x30cm (AxLxC) • Bivolt (100 a 240V), potência 50 - 60 HZ. 	Kit	1	_____
	<p>• Componentes acessórios:</p>			
	1. Uma ferramenta removedora do bico da peça de mão e 20 bicos plásticos flexíveis milimetrados			_____
	2. Três pontas de ultrassom periodontal, três chaves de torque e 4 guias de luz LED			_____
	3. Cinco pontas de ultrassom revestida em carbono (mínimo 30%) e uma chave de torque			_____
	4. Dois recipientes com capacidade aproximada de 1 litro para uso de solução irrigadora			_____
	5. Um prendedor de cabos			_____

	6. Seis frascos reveladores de biofilme em dois tons (vermelho e azul), contendo 250 unidades cada			
	7. Nove garrafas de alumínio de pó de eritritol (14 µm) com 400g cada			
	8. Cinco frascos de bicarbonato de sódio (40 µm) de 300g cada			
	9. Um kit de ferramentas para treinamento no uso do equipamento			
	10. Manual e laudo técnico do equipamento			
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA			

Prazo de validade da proposta: 30 dias

Será exigido do fornecedor os documentos abaixo:

a) documento comprobatório da notificação/registro do produto na ANVISA, conforme legislação vigente, notadamente a Lei nº 6.360, de 1976 e o Decreto nº 8.077, de 2013

b) Comprovação de que o equipamento sob Regime de Vigilância Sanitária contém o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO afixado nele.

- 1. DECLARAMOS** que a empresa abaixo identificada não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.
- 2. DECLARAMOS** ter pleno conhecimento do teor da consulta de preços, assim como quanto ao conteúdo do Termo de Referência (Anexo I) que a acompanha e dela é parte integrante independentemente de transcrição.
- 3. DECLARAMOS**, Que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no certame, bem como estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4. DECLARAMOS**, que a empresa cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Nome Fantasia:	
Razão Social:	
CNPJ:	Optante pelo Simples(Sim/Não):
Endereço:	
Bairro:	Cidade:
C.E.P.:	E-mail:
Telefone:	

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

Banco:
Agência:
Conta:

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA

<i>Nome:</i>	
<i>Cargo:</i>	
<i>Endereço:</i>	
<i>Cidade:</i>	<i>CEP:</i>
<i>Estado:</i>	
<i>Fone:</i>	
<i>E-mail:</i>	

Data:
Assinatura