


Relatório de Análise Técnica – Pregão nº34/2020 – Eletrônico

Item 08 – Oxímetro digital de pulso para dedo – de alta precisão que monitora a porcentagem de saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e dos batimentos cardíacos por minuto; visor com tecnologia OLED multi-direcional de rotação automática para leitura em qualquer posição; melhor visualização em qualquer condição de luminosidade; informa a saturação (SpO2) e frequência cardíaca; informa o traçado da curva pletismográfica; baixo consumo de energia; autonomia de até 30 horas de uso contínuo com carga máxima de bateria; medição rápida precisa; acompanha estojo com fecho velcro para armazenamento e transporte; capa de proteção em silicone; cordão para transporte; duas pilhas AAA; manual em português; garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação; Registro na ANVISA.


- Análise do Oxímetro digital de pulso para dedo, apresentada pela empresa: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS.
 - A luz ambiente pode afetar o resultado da medição, portanto não possui melhor visualização em qualquer condição de luminosidade.
 - autonomia de apenas 20 horas de uso contínuo.
 - não acompanha estojo para armazenamento e transporte e capa de proteção em silicone.
 - O manual do produto está em português, entretanto, com um tamanho de letra que dificulta muito a leitura e possui a imagem distorcida em algumas explicações, que prejudica as instruções ao usuário.
 - Não encontrei nenhuma referência à garantia do produto.
- Resultado da Análise da amostra do Oxímetro digital de pulso para dedo, apresentada pela empresa: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS.

Foi analisada uma amostra do Oxímetro citado acima e diante do exposto, a amostra foi REPROVADA por não cumprir todos os itens descritos no edital.



manual em português, mas com

tamanho da letra que prejudica a leitura



imagens distorcidas que prejudicam

as instruções ao usuário