

Relatório de Análise Técnica – Pregão nº34/2020 – Eletrônico

Item 09 - Termômetro clínico digital sem contato: termômetro digital infravermelho - medição instantânea; tecnologia touch free - sem contato (basta aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos); com alarme de febre; **visor color glow**, display do termômetro muda de cor conforme a temperatura; escalas de medição °C; alimentação elétrica 02 pilhas AAA; **manual de instruções em português**; **1 ano de garantia**.

- Análise da amostra do termômetro clínico digital sem contato, apresentada pela empresa: Oftservice Comércio, Importação e Serviços Eireli – Marca ofertada: Shenzhen IR Thermometer.
- O termômetro não possui visor color glow, que é uma característica em que o display do termômetro muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leitura.
- O manual de instruções do termômetro não está em português, ele é escrito apenas em inglês.
- Não encontrei especificação referente à garantia do produto na embalagem, e nem no manual.
- Resultado da Análise da amostra do termômetro clínico digital sem contato, apresentada pela empresa: Oftservice Comércio, Importação e Serviços Eireli – Marca ofertada: Shenzhen IR Thermometer.

Foi analisado o termômetro descrito acima e diante do exposto, a amostra foi REPROVADA por não cumprir todos os itens descritos no edital.

Atenciosamente

Patrícia Taques Rabacov Alonso Costa