

Relatório de Análise Técnica – Pregão nº34/2020 – Eletrônico

Item 10 - Protetor Facial (face shield): máscaras antirespingos que ajudam a prevenir a transmissão de doenças infecto-contagiosas, confeccionados em policarbonato transparente; resistente a riscos e produtos químicos; equipamento reutilizável; resistente à desinfecção com álcool à 70%; indicado como protetor para uso médico e odontológico; com suporte anatômico de apoio na testa do usuário; deve permitir facilidade na respiração; não possuir saliências ou extremidades afiadas que possam causar desconforto ou acidente ao usuário; deve permitir o uso juntamente com os óculos de proteção e as máscaras de proteção respiratória N95/PFF2; o produto deve ser entregue montado; o policarbonato não deve possuir defeito algum; largura visor: 240mm; altura visor: 240mm; largura faixa de ajuste: 10mm; espessura visor: 0,5mm

- Análise da amostra do Protetor Facial, apresentada pela empresa: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS.

- O protetor facial não possui suporte anatômico de apoio na testa do usuário, apenas o visor de acrílico, uma faixa de espuma e o elástico de fixação.

- A amostra do protetor facial não foi entregue montada.

- Resultado da Análise da amostra do Protetor Facial, apresentada pela empresa: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS.

Foi analisada uma amostra do Protetor Facial citado acima e diante do exposto, a amostra foi REPROVADA por não cumprir todos os itens descritos no edital, e constatou-se que o produto é muito frágil para ser reutilizado e sofrer vários processos de desinfecção por não apresentar o suporte anatômico de apoio na testa.

Atenciosamente

Patrícia Taques Rabacov Alonso Costa



não possui

suporte anatômico de apoio na testa



modelo de protetor

com suporte anatômico de apoio na testa